

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГП на ПХВ «Райымбекская РБ»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
Р.Куккузов
«19» Июль 2024 г.

Протокол № 12

об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Организатор закупа КГП на ПХВ «Райымбекская районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», (далее –ОИБ) расположенного по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, ул.Албан Асан 1, провела закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Сумма выделенная на закуп составляет: 5 079 100 тенге 00 тиын

Название проведенных закупок – Закуп лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, способом запроса ценовых предложений.

1. Поставщики соответствуют требованиям, указанным в Глава 3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

№	Наименование	Краткое тех. Характеристика	Ед изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма тг
А	1	2	4	5	6	7
1	Увлажнитель дыхательных смесей	Наименование Увлажнитель Режимы работы: инвазивный, неинвазивный (масочный). Возможность применения дыхательных контуров с нагревательной проволокой, а также дыхательных контуров без нагревательной проволоки. Напряжение питания: 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц; Напряжение линии подогрева: 24 В, постоянный ток. Максимальная мощность: 80 ВА ±15%; Защита от перегрева (температура отключения): 118° ±7 °С. Максимальная мощность тока: 0,6 А.	шт	3	980 200,	2 940 600

		Номинальный поток: 5 – 60 л/мин. Диапазон температур: инвазивный режим 35 – 40 °С со стороны пациента (39°С по умолчанию), неинвазивный режим 30 – 37 °С со стороны пациента (34°С по умолчанию). Диапазон измеряемых температур на температурных датчиках: 0 – 150 °С (точность 0,5 °С). Температура воды в резервуаре: 45 – 80 °С. Габариты (без резервуара для воды): (ВхШхГ) 159мм x 150мм x 204 мм Вес: 1,9 кг.				
2	Адсорбент для дыхательных аппаратов	400 - представитель целой серии продуктов, разработка которого велась совместно с разработкой дыхательных аппаратов с замкнутым циклом. В результате были созданы высокотехнологичные устройства и адсорбенты, идеально соответствующие требованиям данных устройств и современному уровню развития технологий. 400 применяется для поглощения кислотных газов, к примеру, диоксида углерода (CO2), в дыхательных аппаратах с замкнутым и полужамкнутым контуром, используемых, например, в горном деле.	шт	5	47.700,00	238 500
3	Контур пациента в комплекте для взрослых и детей с подогревом	Контур пациента в комплекте для взрослых и детей с подогревом для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных Состав: 1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: Пластик, металл 2. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик 3. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик 4. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 450 мм, диаметр трубки - 22 мм. Материал: Пластик 5. коннектор угловой. Диаметр (вн./внеш) 15/22 мм - 22/-- мм. Материал: PSU 6. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/15 мм - 15/22 мм. Материал: PSU 7. Y-коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/10 мм - 15/-- мм. Материал: PSU 8. влагосборник. Диаметр (вн./внеш) 22/-- мм - 22/-- мм. Материал: PSU 9. коннектор. Диаметр (вн./внеш) --/22 мм - --/11-13 мм. Материал: PSU 10. Банка для увлажнителя- Максимальный объем: 440 мл. Индивидуально упаковано. Для разового применения.	шт	25	38 000	950 000
4	Контур для новорожденных с подогревом	Контур пациента в комплекте для новорожденных для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных: система дыхательных трубок с согласующими адаптерами и коннекторами, влагосборником. Общая длина контура: 1,5 метра. Описание: Контур пациента для новорожденных для аппаратов ИВЛ Состав: 1. трубка, гофрированная с линией подогрева, портом измерения температуры (линия вдоха). Длина – 1500 мм, диаметр трубки – 10 мм. Материал: Пластик, металл 2. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик 3. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 600 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик 4. трубка гофрированная (линия выдоха). Длина – 400 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик 5. трубка гофрированная (линия вдоха). Длина – 550 мм, диаметр трубки - 10 мм. Материал: Пластик 6. комплект коннекторов и согласующих адаптеров 7. влагосборник. Диаметр (вн./внеш.) --/10 мм - --/10 мм. Материал: Пластик 8. линия	шт	25	38 000	95 000

		измерения давления. Материал: Пластик, силикон.9. Банки для увлажнителя Максимальный объем: 180 мл.Индивидуально упаковано. Для разового применения.				
		Итого:				5 079 100

Сумма выделенная на закуп : 5 079 100 тенге 00 тиын

Ценовое предложение предоставили следующие поставщики ТОО «DAMU-MEDICAL» г.Алматы, Ауезовский район, мкр.10, дом 32, 19.07.2024 год время 16:40

Ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «DAMU-MEDICAL»

№	Наименование	Краткое тех. Характеристика	Ед изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма тг
А	1	2	4	5	6	7
2	Адсорбент для дыхательных аппаратов	400 применяется для поглощения кислотных газов, к примеру, диоксида углерода (CO2), в дыхательных аппаратах с замкнутым и полужамкнутым контуром, в канистре 5 кг	шт	5	45 300	226 500
3	Контур пациента в комплекте для взрослых и детей с подогревом	Контур пациента в комплекте для взрослых и детей с подогревом для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у взрослых и детей, длина-1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал: пластик	шт	25	37 130	928 250
4	Контур для новорожденных с подогревом	Контур пациента в комплекте для новорожденных для новорожденных с подогревом для закрытой системы неинвазивной вентиляции легких у новорожденных, длина – 1500 мм, диаметр трубки – 22 мм. Материал:	шт	25	37 130	928 250
		Итого:				2 083 000

Сумма выделенная на закуп : 5 079 100 тенге 00 тиын

Ценовое предложение предоставили следующие поставщики ИП «S-Med service» г.Алматы Ауезовский район, мкр 1,29,59 19.07.2024 год время 16:40

Ценовое предложение потенциального поставщика ИП «S-Med service»

№	Наименование	Краткое тех. Характеристика	Ед изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма тг
А	1	2	4	5	6	7
1	Увлажнитель дыхательных смесей	Наименование Увлажнитель Режимы работы: инвазивный, неинвазивный (масочный). Возможность применения дыхательных контуров с нагревательной проволокой, а также дыхательных контуров без нагревательной проволоки. Напряжение питания: 220-240 В, переменный ток, 50/60 Гц; Напряжение линии подогрева: 24 В, постоянный ток. Максимальная мощность: 80 ВА ±15%; Защита от перегрева (температура отключения): 118° ±7 °С. Максимальная мощность тока: 0,6 А. Номинальный поток: 5 – 60 л/мин. Диапазон температур: инвазивный режим 35 – 40 °С со стороны пациента (39°С по умолчанию), неинвазивный режим 30 – 37 °С со стороны пациента (34°С по умолчанию). Диапазон измеряемых температур на температурных датчиках: 0 – 150 °С (точность 0,5 °С). Температура воды в резервуаре: 45 – 80 °С. Габариты (без резервуара для воды): (ВхШхГ) 159мм x 150мм x 204 мм Вес: 1,9 кг.	шт	3	865 500,	2 596 500
		Итого:				2 596 500

наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора : **ТОО «DAMU-MEDICAL»** по лотам №2,3,4, победитель общая сумма: **2 083 000** наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора **ИП «S-Med service»** по лотам №1 победитель общая сумма: 2 596 500

Потенциальные поставщики не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями

Председатель комиссии:

Заместитель директора

по лечебной части

Члены комиссии:

Заместитель директора

контроль и качество



Е.Әуелхан

Т.Аубакирова

Юрист

Провизор

Секретарь

Е.Амангелдиев

И.Шағалақова

М. Салықбаева