

Протокол №21 А

итогов по закупу "медицинских техники" на 2024 год способом тендера в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

с. Нарынкол
ул.Албан-Асан№ 1

«0» ноября 2024 года

Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ" Райымбекская районная больница " ГУ"Управление здравоохранения Алматинской области" подвели итоги по тендера по закупу «медицинских изделий» на 2024 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

1. Наименования, краткое описание, количество и выделенная цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед.изм.	Ко л-во	Цена	Сумма	Место поставки товара
1	Размораживатель плазмы	Сухая разморозка, без контакта пакета плазмы с водой - наличие. Технология размораживания – герметичный пакет с теплоносителем, отсутствие «открытой воды» (водяной бани) – наличие. Максимальная одновременная загрузка установки не менее 1000мл. Максимальный объем пакетов с замороженной плазмой не менее 1000мл. Стандартная рабочая температура теплоносителя от не более 37 до не менее 38°С. Режим ускоренной разморозки плазмы –наличие. Время выхода на рабочую температуру теплоносителя 37°С при нормальных климатических условиях не более 15 минут. Время разморозки пакета свежемороженой плазмы не менее 250 мл до жидкого состояния не более 20 минут. Функция бережного перемешивания плазмы – наличие. Автоматическое отключение нагрева при превышении заданной температуры - наличие Время непрерывной работы не менее 24 ч в сутки. Максимальная потребляемая мощность не более 500Вт. Объем теплоносителя не менее 3л. Свето-звуковая сигнализация начала\окончания процедуры размораживания – наличие.	комплект	1	2 000 000	2 000 000	Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, АЛБАН АСАН, 1

3. Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:

- Приложение №1

4. Отклоненные тендерные заявки и основание для отклонения:

- отсутствует.

5. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

- отсутствует.

6. По результатам оценки и сопоставления представленных тендерных заявок тендерная комиссия решила:

В На основании пункта п. 66, параграф 4, Главы 2 признать Лот №1 , состоявшимися на сумму: **1 999 000 ,00** (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч) тенге ноль тиын.

7. Наименование и местонахождение победителя (ей) тендера по каждому лоту тендера и условия , по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

№ лота	Наименование лота	Торговое наименование товара	Наименование и местонахождение победителя	Кол-во	Цена за единицу, плановая	Цена за единицу, победителя	Условия, по которому определен победитель
1	Размораживатель плазмы	Сухая разморозка, без контакта пакета плазмы с водой - наличие. Технология размораживания – герметичный пакет с теплоносителем, отсутствие «открытой воды» (водяной бани) – наличие. Максимальная одновременная загрузка установки 1000мл. Максимальный объем пакетов с замороженной плазмой 1000мл. Стандартная рабочая температура теплоносителя 37 - 38°С. Режим ускоренной разморозки плазмы –наличие. Время выхода на рабочую температуру теплоносителя 37°С при нормальных климатических условиях 15 минут. Время разморозки пакета свежемороженой плазмы 250 мл до жидкого состояния 20 минут. Функция бережного перемешивания плазмы – наличие. Автоматическое отключение нагрева при превышении заданной температуры - наличие Время непрерывной работы до 24 ч в сутки. Максимальная потребляемая мощность 500Вт.	ТОО "FORTIS PAI" г.Алматы , Медеуский район,улиц а Чаплина, дом 71/66	1	1 999 000	1 999 000 ,00	66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

		<p>Объем теплоносителя 3л.</p> <p>Свето-звуковая сигнализация начала\окончания процедуры размораживания – наличие.</p> <p>Датчик протечки жидкости - наличие</p> <p>Свето-звуковая сигнализация при аварийных ситуациях – наличие.</p> <p>Масса установки без теплоносителя 4кг.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

№ лота	Наименование лота	Торговое наименование товара	Наименование и местонахождение победителя	Кол-во	Цена за единицу, плановая	Цена за единицу, победителя	Условия, по которому определен победитель
1	Размораживатель плазмы	<p>Сухая разморозка, без контакта пакета плазмы с водой - наличие.</p> <p>Технология размораживания – герметичный пакет с теплоносителем, отсутствие «открытой воды» (водяной бани) – наличие.</p> <p>Максимальная одновременная загрузка установки 1000мл.</p> <p>Максимальный объем пакетов с замороженной плазмой 1000мл.</p> <p>Стандартная рабочая температура теплоносителя 37 - 38°C.</p> <p>Режим ускоренной разморозки плазмы – наличие.</p> <p>Время выхода на рабочую температуру теплоносителя 37°C при нормальных климатических условиях 15 минут.</p> <p>Время разморозки пакета свежемороженой плазмы 250 мл до жидкого состояния 20 минут.</p> <p>Функция бережного перемешивания плазмы – наличие.</p> <p>Автоматическое отключение нагрева при превышении заданной температуры - наличие</p> <p>Время непрерывной работы до 24 ч в сутки.</p> <p>Максимальная потребляемая мощность 500Вт.</p> <p>Объем теплоносителя 3л.</p> <p>Свето-звуковая сигнализация начала\окончания процедуры размораживания – наличие.</p> <p>Датчик протечки жидкости - наличие</p> <p>Свето-звуковая сигнализация при аварийных ситуациях – наличие.</p> <p>Масса установки без теплоносителя 4кг.</p>	<p>ТОО</p> <p>"ТриМедика"</p> <p>г.Алматы ,</p> <p>Жетысусский район,ул</p> <p>Бродского,д</p> <p>ом № 37 А</p>	1	2 000 000	2 000 000 ,00	

1. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования:

-отсутствует

2. Экспертное мнение не прилагается.

1. Председатель тендерной комиссии: Заместитель директора по лечебной части Өуелхан Е.Б. _____;
2. Заместитель председателя: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннему аудиту Аубакирова Т.Б. _____;
3. Члены комиссии:
 - Зав. отделением хирургии – Таласбаев И.К. _____;
 - Зав. отделением родовспоможения – Ботбаева Н.А. _____;
 - Реаниматолог – Кыдырбаев Ж.Д. _____;
 - Зав. отделением педиатрии – Мамытова А.А. _____;
 - Кардиолог – Султан Ф.Н. _____;
 - Экономист – Бейсегеримов Б.М. _____;
 - Юрист – Амангелдиев Е. _____;
 - Главная медсестра – Исамолда А.С. _____;
 - Главный бухгалтер – Кишибаева Н.Т. _____;
4. Секретарь – Киргизбаева Б.О. _____.