

Протокол № 24

итогов по закупу "медицинских техники" на 2024 год способом тендера в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

с. Нарынкол
ул.Албан-Асан.№ 1

«17» декабря 2024 года

Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ" Райымбекская районная больница " ГУ"Управление здравоохранения Алматинской области" подвели итоги по тендера по закупу «медицинских изделий» на 2024 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

1. Наименования, краткое описание, количество и выделенная цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование	Техническая характеристика	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Место поставки товара
2	Ламинарный бокс	Ламинарный бокс предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации. Бокс можно использовать для работы с инфекционными агентами 3, 4 групп патогенности микроорганизмов (групп риска 2 и 3 по стандарту всемирной организации здравоохранения), в медицинских и научно-исследовательских лабораториях. Тип бокса 2 класс (тип А2). Класс установленного НЕРА-фильтра - Н14. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере <u>0,39 м/с</u>. Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем <u>0,44 м/с</u>. Освещенность рабочей зоны, не менее 700 Лк. Уровень шума на расстоянии 1 метра от бокса с открытым рабочим зазором 65 ДБ. Бокс комплектуется одной ультрафиолетовой лампой	компл ект	1	8 917 000	8 917 000	Алматинская область, Райымбекский район, с. Нарынкол, АЛБАН АСАН, 1

мощностью 30 Вт, длиной волны 253,7 Нм, тип цоколя G13. Количество источников излучения, 1шт. Напряжение сети, 220 В $\pm 10\%$. Частота переменного тока, 50 Гц ± 1 . Потребляемая мощность бокса 1000 Вт.

Рабочая камера имеет наклонную поверхность, оснащена закалённым распашным стеклом, внутри расположены 2 розетки, съёмные столешницы выполнены из нержавеющей стали. Система очистки воздуха оснащена двумя НЕРА-фильтрами и вентилятором. Снизу установлен выдвижной блок УФ-облучателя. Система управления – микроконтроллер с возможностью корректировки алгоритма работы бокса под индивидуальные требования заказчика и сенсорной НМІ панелью, размером 7 дюймов и интуитивно-понятным меню. Возможность введения и удаления неограниченного количества пользователей с персональным кодом и уровнем доступа, без электромагнитных ключей. Отображение на панели информации параметров нисходящего и входящего потоков, индикации включения/выключения бокса, освещения, вентилятора, УФ - облучателя, счетчика времени наработки УФ-лампы и НЕРА-фильтра, индикация засоренности НЕРА-фильтра, установка времени работы УФ-лампы с автоматическим отключением и отображением отработанного времени сессии обеззараживания, наличие режима для санитарной обработки бокса, режим для настройки и балансировки параметров нисходящего и входящего воздушных потоков. Для визуального контроля работы бокса предусмотрено автоматическое срабатывание светозвуковых указателей состояний аварий бокса и УФ-блока с дополнительным выводом аварийных и технологических сообщений о работе бокса на экран, с возможностью отключения звукового индикатора. Меню на трех языках: казахский, русский, английский. Рабочая камера имеет наклонную поверхность, оснащена закалённым распашным стеклом, внутри расположены не менее 2 розетки, съёмные столешницы выполнены из нержавеющей стали. Система очистки воздуха оснащена не менее двумя НЕРА-фильтрами и вентилятором. Снизу установлен выдвижной блок УФ-облучателя. 1 шт, Металлическая, предназначена для перемещения бокса в помещении 1 шт, Система управления – микроконтроллер с возможностью корректировки алгоритма работы бокса под

		индивидуальные требования заказчика и сенсорной НМИ панелью, размером 7 дюймов и интуитивно-понятным меню. Микропроцессорный контроллер оснащен: - сенсорным LCD-дисплеем диагональю 7 дюймов, отражающем текущее состояние работы ламинарного бокса, и позволяющим проводить полное управление его работой; - сенсорами воздушного потока; - часами и счетчиком наработки часов УФ-лампы и НЕРА фильтра; - таймером УФ-лампы; - сигнализацией об отклонении параметров от безопасных значений. 1 шт, Датчик перепада давления 1 шт, позволяет подключать необходимое при работе электрооборудование, питающееся переменным током 220В 2 шт, Мощность 30 Вт, длина волны 253,7 Нм, тип цоколя G13, бактерицидный поток 12,6, 1 шт, Класс установленного НЕРА-фильтра - Н142 шт, Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой					
--	--	---	--	--	--	--	--

		разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Сумма закупа: 8 917 000 (двадцать четыре миллиона восемьсот сорок тысяч) тенге ноль тиын тенге ноль тиын

2. Наименование, местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Дата	Время
1	ТОО «КМК-АМАНАТ»	г.Алматы , Ауэзовский район,ул Рыскулбекова,дом 39А,офис №103	26.11.2024г.	09:30

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование	Тендерная заявка	Копия документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности	Копия Устава	Копия лицензии/талон ов на оптово-розничную реализацию медицинской техники	Отсутствие налоговой задолженности	Ценовое предложение	Внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки	Техническая спецификация	Регистрационное удостоверение	Пронумеровано, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
1	ТОО «КМК-АМАНАТ»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

4. Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления тендерных заявок:

- Приложение №1

5. Отклоненные тендерные заявки и основание для отклонения:

- отсутствует.

6. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

- отсутствует.

7. По результатам оценки и сопоставления представленных тендерных заявок тендерная комиссия решила:

В На основании пункта п. 66, параграф 4, Главы 2 признать Лот № 2 состоявшимися на сумму: **8 900 000** (восемь миллионов девятьсот семнадцать тысяч) тенге ноль тьин.

8. Наименование и местонахождение победителя (ей) тендера по каждому лоту тендера и условия , по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

№ лота	Наименование лота	Торговое наименование товара	Наименование и местонахождение победителя	Кол-во	Цена за единицу, плановая	Цена за единицу, победителя	Условия, по которому определен победитель
1	Ламинарный бокс	Ламинарный бокс предназначен для уменьшения риска заражения оператора при работе с патогенными микроорганизмами, защиты окружающей среды, а также защиты продукта от внешнего загрязнения или перекрёстной контаминации. Бокс можно использовать для работы с инфекционными агентами 3, 4 групп патогенности микроорганизмов (групп риска 2 и 3 по стандарту всемирной организации здравоохранения), в медицинских и научно-исследовательских лабораториях. Габаритные размеры (Д/Ш/В-1200x770x2095), мм. Масса, кг 230. Тип бокса 2 класс (тип А2). Класс установленного НЕРА-фильтра - Н14. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере <u>0,39 м/с</u> . Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем <u>0,44 м/с</u> . Освещенность рабочей зоны, 700 Лк. Уровень шума на расстоянии 1 метра от бокса с открытым рабочим зазором 65 ДБ. Бокс комплектуется одной ультрафиолетовой лампой мощностью 30 Вт, длиной волны 253,7 Нм, тип цоколя G13. Количество источников излучения, 1шт. Напряжение сети, 220 В ±10%. Частота переменного тока, 50 Гц ±1. Потребляемая мощность бокса 1000 Вт. Рабочая камера имеет наклонную поверхность, оснащена закалённым распашным стеклом, внутри расположены 2 розетки, съёмные столешницы выполнены из нержавеющей стали. Система очистки воздуха оснащена двумя НЕРА-фильтрами и вентилятором. Снизу установлен выдвижной блок УФ-облучателя. Система управления – микроконтроллер с возможностью	ТОО "КМК-АМАНАТ" г.Алматы , Ауэзовский район, ул Рыскулбекова, дом 39А, офис №103	1	8 900 000	8 900 000	66. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.

		корректировки алгоритма работы бокса под индивидуальные требования заказчика и сенсорной НМІ панелью, размером 7 дюймов и интуитивно-понятным меню. Возможность введения и удаления неограниченного количества пользователей с персональным кодом и уровнем доступа, без электромагнитных ключей. Отображение на панели информации параметров нисходящего и входящего потоков, индикации включения/выключения бокса, освещения, вентилятора, УФ - облучателя, счетчика времени наработки УФ-лампы и НЕРА-фильтра, индикация засоренности НЕРА-фильтра, установка времени работы УФ-лампы с автоматическим отключением и отображением отработанного времени сессии обеззараживания, наличие режима для санитарной обработки бокса, режим для настройки и балансировки параметров нисходящего и входящего воздушных потоков. Для визуального контроля работы бокса предусмотрено автоматическое срабатывание светозвуковых указателей состояний аварий бокса и УФ-блока с дополнительным выводом аварийных и технологических сообщений о работе бокса на экран, с возможностью отключения звукового индикатора. Меню на трех языках: казахский, русский, английский. 1шт, Рабочая камера имеет наклонную поверхность, оснащена закалённым распашным стеклом, внутри расположены 2 розетки, съемные столешницы выполнены из нержавеющей стали. Система очистки воздуха оснащена двумя НЕРА-фильтрами и вентилятором. Снизу установлен выдвижной блок УФ-облучателя. 1 шт, Металлическая, предназначена для перемещения бокса в помещении 1 шт, Система управления – микроконтроллер с возможностью корректировки алгоритма работы бокса под индивидуальные требования заказчика и сенсорной НМІ панелью, размером 7 дюймов и интуитивно-понятным меню. Микропроцессорный контроллер оснащен: - сенсорным LCD-дисплеем диагональю 7 дюймов, отражающем текущее состояние работы ламинарного бокса, и позволяющим проводить полное управление его работой; - сенсорами воздушного потока; - часами и счетчиком наработки часов УФ-лампы и НЕРА фильтра; - таймером УФ-лампы; - сигнализацией об отклонении параметров от безопасных значений. 1шт, Датчик перепада давления 1шт, Кабель питания 1					
--	--	---	--	--	--	--	--

		шт, позволяет подключать необходимое при работе электрооборудование, питающееся переменным током 220В 2 шт, Руководство пользователя на русском языке 1шт, Мощность 30 Вт, длина волны 253,7 Нм, тип цоколя G13, бактерицидный поток 12,6 1 шт, Класс установленного НЕРА-фильтра - H14 2 шт, Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к					
--	--	--	--	--	--	--	--

		измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.					
--	--	--	--	--	--	--	--

1. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования:

-отсутствует

2. Экспертное мнение не прилагается.

3. Председатель комиссии: заместитель директора по лечебной части Ауелхан Е.Б. _____;

Заместитель председателя: заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннему аудиту Аубакирова Турсынкул Бериковна _____;

Члены комиссии:

Провизор, врач Даурова Ф. _____;

Экономист Бейсегеримов Б.М. _____;

Юрист – Амангелдиев Е.А. _____;

Главная медсестра – Исамолда А.С. _____;

Провизор медсестра – Шағалакова И.Д. _____;

Главный бухгалтер – Кишибаева Н.Т. _____;

Секретарь – Киргизбаева Б.О. _____.